



## CL205 Chlorine Electrode

### Installation Instructions

1. Turn meter power "off."
2. Remove retaining collar holding probe on meter.
3. Pull, with gentle "rocking" motion, to remove old probe.
4. Reverse order to install new probe. Do not touch contacts.

### Electrode Storage Instructions

1. After use, rinse with deionized water.
2. Gently dry with a paper towel.
3. Store dry with storage cap attached.

For further instructions, see the meter's User Manual.

### This probe is compatible with:

CL200 ExStik<sup>®</sup> Chlorine Meter  
PH100 ExStik<sup>®</sup> pH Meter  
PH110 ExStik<sup>®</sup> pH Meter  
RE300 ExStik<sup>®</sup> ORP Meter

Version 1.0 – February 2005

[www.extech.com](http://www.extech.com)



## CL205 Chloorelektrode

### Instructies voor de installatie

1. Schakel de meter "uit".
2. Verwijder de bevestigingskraag die de sonde op de meter houdt.
3. Met een zachtjes schuddende beweging aan de oude sonde trekken om ze te verwijderen.
4. Volg de omgekeerde volgorde om de nieuwe sonde te installeren. De contacten niet aanraken.

### Instructies voor de opberging van de elektrode

1. Na het gebruik spoelen met gedeïoniseerd water.
2. Zachtjes drogen met een papieren doekje.
3. Droog bewaren met bevestigde opslagkap.

Zie de handleiding van de meter voor verdere instructies.

### Deze sonde is compatibel met:

CL200 ExStik<sup>®</sup> Chloormeter  
PH100 ExStik<sup>®</sup> pH-meter  
PH110 ExStik<sup>®</sup> pH-meter  
RE300 ExStik<sup>®</sup> OPR-meter

Versie 1.0 - Februari 2005

[www.extech.com](http://www.extech.com)



## CL205 Chlorgehaltelektrode

### Installationshinweise

1. Messgerät ausschalten.
2. Sondenhalterung vom Messgerät entfernen
3. Die verbrauchte Sonde durch leichtes "hin- und her bewegen" herausziehen.
4. Zum Einsetzen der neuen Sonde umgekehrt vorgehen. Nicht die Kontakte berühren.

### Anleitung zum Aufbewahren der Elektrode

1. Nach Benutzung mit destilliertem Wasser abspülen.
2. Danach vorsichtig mit einem Papiertuch trocken reiben.
3. Trocken, mit aufgesetzter Kappe aufbewahren.

Weitere Anweisungen, siehe Bedienungsanleitung des Messgerätes.

### Diese Sonde ist kompatibel mit:

CL200 ExStik<sup>®</sup> Chlorgehaltmessger  
PH100 ExStik<sup>®</sup> pH-Messgerät  
PH110 ExStik<sup>®</sup> pH-Messgerät  
RE300 ExStik<sup>®</sup> ORP-Messgerät

Version 1.0 – Februar 2005

[www.extech.com](http://www.extech.com)



## CL205 Électrode de Chlore

### Instructions d'installation

1. Éteignez le mesureur.
2. Retirez la bague de rétention tenant la sonde sur le mètre.
3. Tirez, avec un doux mouvement de secousse, pour retirer l'ancienne sonde.
4. Effectuez les même opérations en ordre inverse pour installer la nouvelle sonde. Ne touchez pas les contacts.

### Instructions de Stockage de l'Électrode

1. Après utilisation, rincez à l'eau déminéralisée.
2. Puis séchez doucement avec une serviette en papier.
3. Rangez dans un endroit sec, avec le couvercle.

Pour plus d'instructions, voir le Manuel d'Utilisation.

### Cette sonde est compatible avec :

Chlorostat CL200 ExStik<sup>®</sup>  
pH-mètre PH100 ExStik<sup>®</sup>  
pH-mètre PH110 ExStik<sup>®</sup>  
Mesureur de POR RE300 ExStik<sup>®</sup>

Version 1.0 – Février 2005

[www.extech.com](http://www.extech.com)